LNDD	ENREGISTREMENT	Codification : E-FCR-09 Version : A Date : 31/01/2006 2/3

FICHE D'ANALYSE / RESULTAT ANALYSE QUALITATIVE GC/MS POUR CONFIRMATION GC/C/IRMS

Substance caractérisée : Androstérone AC Fichier : 17807474f2

	Mix					Echantillon				
	Tr (min)	Trr	M1 (%)	M2 (%)	M3 (%)	Tr (min)	Trr	M1 (%)	M2 (%)	M3 (%)
	14.63	1.368	100	42.7	30.1	14.63	1.371	100	42.6	29.0
Tolérance basse	14.48	1.354		34.2	24.1					
Tolérance haute	14.78	1.382		51.2	36.1					

Concordance des Tr :	oui	X	non	
Concordance des Trr :	oui	X	non	
Concordance globale des abondances relatives :	oui	X	non	

Substance caractérisée : 5b Androstane-3a,17b-diol diAC Fichier : 17807474f3

	Mix					Echantillon				
	Tr (min)	Trr	M1 (%)	M2 (%)	M3 (%)	Tr (min)	Trr	M1 (%)	M2 (%)	M3 (%)
	15.19	1.420	100	90.8	76.4	15.14	1.418	100	91.0	76.9
Tolérance basse	15.04	1.406		80.8	66.4					
Tolérance haute	15.34	1.434		100.8	86.4					

Concordance des Tr :	oui	X	non	
Concordance des Trr :	oui	X	non	
Concordance globale des abondances relatives :	oui	X	non	

Substance caractérisée : 5a Androstane-3a,17b-diol diAC Fichier : 17807474f3

	Mix					Echantillon				
	Tr (min)	Trr	M1 (%)	M2 (%)	M3 (%)	Tr (min)	Trr	M1 (%)	M2 (%)	M3 (%)
	15.58	1.457	100	57.8	49.5	15.50	1.452	100	59.6	49.9
Tolérance basse	15.42	1.442		47.8	39.6					
Tolérance haute	15.74	1.472		67.8	59.4					

Concordance des Tr :	oui	X	non	
Concordance des Trr :	oui	X	non	
Concordance globale des abondances relatives :	oui	X	non	

Substance caractérisée : 5b Prégnane-3a,20a-diol diAC Fichier : 17807474f3

	Mix					Echantillon				
	Tr (min)	Trr	M1 (%)	M2 (%)	M3 (%)	Tr (min)	Trr	M1 (%)	M2 (%)	M3 (%)
	19.21	1.796	100	56.3	28.0	19.12	1.791	100	56.1	27.3
Tolérance basse	19.02	1.778		46.3	22.4					
Tolérance haute	19.40	1.814		66.3	33.6					

Concordance des Tr :	oui	X	non	
Concordance des Trr :	oui	X	non	
Concordance globale des abondances relatives :	oui	X	non	